

Рис. 2. Номограмма для определения величины дозы на коже исследуемого по F. Wachsmann.

а — напряжение на трубке (в *кв*), слева постоянное, справа пульсирующее; *б* — кожно-фокусное расстояние (в *см*); *в* — вспомогательная шкала; *г* — суммарная фильтрация алюминия (в *мм*); *д* — мощность дозы на коже (справа — при съемках в *мр* на 1 *ма·сек*, слева при просвечиваниях в *р/мин·ма*).

Зак. 310 Тир. 30 1988 г.